

INDICATORI DI STERILIZZAZIONE

Materiale: nastro adesivo

Nastro adesivo dotato di indicatore di sterilizzazione.

L' articolo 1052 si utilizza in autoclave (20 min. a 120°C o 10 min. a 125°C o 5 min.

	Tipo di sterilizzazione	Lungh.Altezza	
		mt	mm
02.2089.00	Metodo Poupinel (a secco)	50	19
02.2087.00	Autoclave	50	19



NASTRO in PTFE

Utile per proteggere filetti di qualsiasi tipo ed evitare perdite.

	Lunghezza Altezza	
	mt	mm
02.5236.00	10	14

