

TENS



Bougez plus,
vivez mieux

NEUROSTIMULATEUR
ÉLECTRIQUE
TRANSCUTANÉ

**MANUEL DE
L'UTILISATEUR
EN FRANÇAIS**

INSTRUCTIONS

A V A N T

L'UTILISATION

Carre

1 INTRODUCTION AVANT D'UTILISER LE STIMULATEUR

1.1	Service d'Électro-Thérapie : 25 ans d'expériences en électrothérapie, une option thérapeutique, des modèles à la fine pointe de la technologie	3
1.2	Notions médicales. Utilisation et bienfaits de la neurostimulation	4
1.3	Mesures de sécurité. Indications, Contre-indications, Précautions, Mise en garde	5-7

2 PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

2.1	Équipement et accessoires	8
2.2	Spécifications électriques, Choix de programmes prééglé	9
2.3	Touches de commande	10
2.4	Affichage à l'écran	11

3 MODE D'EMPLOI

3.1	Électrodes. Branchement, placement, utilisation et mise en fonction	12
3.2	Applications spécifiques. Modification d'un programme ou de sa durée, verrouillage/déverrouillage d'un programme	13
3.3	Réglage et verrouillage de l'intensité	14
3.4	Arrêt ou pause de la stimulation	14
3.5	Liste des différentes modulations possibles	15
3.6	Tableau de programmation des différents programmes	15
3.7	Pile. Première charge, état de la pile, remplacement et chargeur à pile	16-19
3.8	Recherche de panne	20

4	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'APPAREIL	21
---	--------------------------------------	----

5	GARANTIE	21
---	----------	----

6	HISTORIQUE DU DOCUMENT	22
---	------------------------	----

AVANT D'UTILISER LE STIMULATEUR UN CONCEPT ACCESSIBLE À TOUS INTRODUCTION

1.1

SERVICE D'ELECTRO-THERAPIE,
plus de 25 ans d'expérience. SET est
une entreprise canadienne (Québec)
spécialisée en électrothérapie, le TENS
une solution thérapeutique permettant
de contrôler, soulager la douleur
à domicile.



page
3

UNE CULTURE EN ÉLECTROTHÉRAPIE minutieusement
conçu en vue d'une réduction notable de la douleur aiguë,
chronique, sportive, postopératoire, post-traumatique et
bien d'autres encore.

Une option thérapeutique médicalement reconnue,
applicable en clinique, chez soi, voire même, selon le
type de douleur à traiter, en vaquant à ses occupations
quotidiennes!

Des modèles à la fine pointe de la technologie,
légers, compacts, faciles à utiliser, qui répondent
efficacement à un champ encore plus étendu de soins en
réadaptation physique, grâce à une étroite et constante
collaboration avec les professionnels de la santé et leurs
patients.

Bougez plus, vivez mieux

Notions Médicales

UTILISATION DU NEUROSTIMULATEUR ÉLECTRIQUE TRANSCUTANÉ (TENS)

LA NEUROSTIMULATION ÉLECTRIQUE TRANSCUTANÉE, PROUVÉE SCIENTIFIQUEMENT
ET PRESCRITE SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE

La neurostimulation électrique transcutanée -TENS- se résume à dépolariser les fibres nerveuses périphériques, transmise au moyen d'électrodes placées sur le corps dans le but de renforcer l'efficacité des mécanismes naturels de contrôle de la douleur.

NEUROSTIMULATION ÉLECTRIQUE TRANSCUTANÉE APPLIQUÉE AU NIVEAU SENSORIEL

Sensation de picotement provoquée dans le but de déclencher une réaction naturelle analgésiante.

COMPLÉMENT OU ALTERNATIVE À LA PRISE DE MÉDICATION

La neurostimulation est utilisée dans le cas de douleurs aiguës postopératoires et post-traumatiques, de même que pour la relaxation musculaire ainsi que pour le traitement de nombreuses autres douleurs laissées sans réconfort malgré la prise de médication.

ACCESSIBLE À TOUS

La possibilité de choisir le programme -TENS- le plus approprié à son type de douleur en fait une solution thérapeutique non chirurgicale et non médicamenteuse des plus efficaces. Bien plus qu'un simple complément à tout traitement traditionnel, la neurostimulation électrique transcutanée -TENS- vous permet de bouger plus et vivre mieux.

1.2
LE TENS

1.3 MESURES DE SÉCURITÉ

INDICATIONS, CONTRE-INDICATIONS, PRÉCAUTIONS, MISE EN GARDE

La neurostimulation électrique transcutanée répond aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Non-agressive et non médicamenteuse, cette technique sécuritaire est reconnue pour l'absence d'effets secondaires dans des conditions normales d'utilisation, pour son coût modéré, et la petite taille de l'appareil -TENS- ainsi que sa facilité d'utilisation. Peu encombrant, le -TENS- peut-être glissé dans une poche, ce qui facilite la réalisation des activités quotidiennes

EFFETS BÉNÉFIQUES DE LA NEUROSTIMULATION ÉLECTRIQUE TRANSCUTANÉE - TENS -

Gestion de la douleur • Retour à une vie active • Amélioration de la mobilité • Accélération de la récupération après un accident

INDICATIONS TENS POUR UN SOULAGEMENT DE LA DOULEUR

- Entorse
- Cervicalgie, dorsalgie, lombalgie aiguë ou chronique
- Tendinite, épicondylite, bursite, capsulite
- Rhumatismes (arthrose, arthrite)
- Céphalée de tension
- Neuropathie diabétique
- Zona
- Fibromyalgie
- Membre fantôme
- Syndrome douloureux régional complexe
- Douleur post-AVC, douleur spastique
- Sclérose en plaques
- Douleur angineuse
- Accouchement
- Dysménorrhée
- Claudication intermittente
- Douleur périnéale
- Cystite interstitielle

- douleur aiguë, subaiguë ou chronique
- douleur survenue suite à un traumatisme
- douleur pré et post opératoire

page

RÉADAPTATION FONCTIONNELLE • une meilleure autonomie dans les gestes de la vie quotidienne

CONTRE-INDICATIONS

- Cancer - contre-indication absolue : en présence de métastase ou d'un cancer circulatoire (leucémie), attendre la fin de la période de rémission.
- contre-indication locale : pour les autres types de cancer, sous supervision interdisciplinaire, attendre la fin de la période de rémission.
- Stimulateur cardiaque : contre-indication absolue ou contre-indication locale, à utiliser sous supervision interdisciplinaire avec autorisation du cardiologue traitant.

CONTRE-INDICATIONS LOCALES

NE PAS APPLIQUER SUR CES RÉGIONS

- Application transcrânienne : les risques d'appliquer les électrodes de façon transcrânienne ne sont pas connus.
- Région antérieure du cou, sinus carotidien (gorge) : risque de stimulation du nerf vague, phrénique, muscles pharyngiens ou des sinus carotidiens.
- Yeux : les risques de traiter cette partie du corps ne sont pas connus.
- Toutes infections diverses : risque d'étendre l'infection.
- Atteinte cutanée : psoriasis, eczéma... Précaution en proximité de plaies ouvertes ou de cicatrice en voie de guérison.
- Douleur persistante non diagnostiquée.

CONTRE-INDICATIONS LOCALES

UTILISER SOUS SUPERVISION MÉDICALE OU INTERDISCIPLINAIRE

- Application transthoracique et face antérieure de la région cardiaque.
- Implant électronique : risque d'interférence avec le fonctionnement de l'implant.
- Cardiopathie : risque que le cœur ait du mal à compenser la demande métabolique élevée.
- Grossesse : région abdominale et lombaire pendant la grossesse. Il est possible d'utiliser le -TENS- au niveau lombaire lors de l'accouchement.
- Trouble sensoriel cutané, perte de sensibilité : risque que le patient ne sente pas adéquatement le courant, ce qui augmente les risques de brûlure ou d'irritation cutanée.
- Organes génitaux : nécessite une formation.
- TVP/phlébite active/embolie : risque de déplacement du thrombus dans la circulation sanguine.
- Hémorragie : risque de favoriser le saignement.
- Épilepsie : contre-indication locale tête et cou (région cervicale). Précaution au niveau du tronc et des membres. La stimulation électrique pourrait déclencher une crise d'épilepsie.
- Tuberculose : pendant la phase active, la stimulation électrique dans cette région risque d'étendre l'infection.
- Stimulateur cardiaque : contre-indication absolue ou une contre-indication locale, à utiliser **sous supervision interdisciplinaire avec autorisation du cardiologue traitant.**

PRÉCAUTIONS

- Trouble circulatoire : la stimulation augmente la demande métabolique et la demande peut donc excéder l'apport en oxygène, augmentant ainsi la douleur. Peut même mener à une ischémie ou nécrose des tissus.
- Maladie de la peau : la résistance est diminuée, augmentant le risque de brûlure.
- Plaque épiphysaire active : risque de nuire à la croissance osseuse.
- Poitrine, cœur et région abdominale basse : risque d'affecter la fonction cardiaque normale.
- Trouble de communication : risque de blessure, mauvaise compréhension de l'utilisation; **sous supervision interdisciplinaire.**

MISE EN GARDE

- Enfants : garder hors de la portée des enfants.
- Conduite d'un véhicule : ne jamais manipuler l'appareil -TENS- ou déplacer les électrodes en conduisant.
- Risque de dommage cutané avec utilisation des électrodes de carbone : toujours utiliser du gel conducteur.

ATTENTION

- Ne pas faire d'ajustement ou de maintenance, lorsque votre appareil -TENS- Electro-Medic est en marche.
- Près d'autres équipements. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est placé à proximité ou au-dessus d'un autre équipement. S'il est nécessaire de l'utiliser dans une telle configuration, assurez-vous que TOUS LES PÉRIPHÉRIQUES FONCTIONNENT CORRECTEMENT dans ces conditions.
- N'utilisez pas l'appareil en même temps que l'équipement de surveillance (p. ex. l'équipement ECG) fonctionnant avec des électrodes. Les signaux de l'appareil pourraient interférer avec ceux de l'appareil de surveillance.

2

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

2.1 ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES | MODÈLE : CARE

LE NEUROSTIMULATEUR PORTABLE -TENS- CARE SERVICE D'ÉLECTRO-THÉRAPIE EST FOURNI AVEC LES ACCESSOIRES SUIVANTS :

- 1 étui
- 1 guide de démarrage rapide
- 1 chargeur et 1 PILE Li-ion
- 2 fils
- 1 paquet d'électrodes autoadhésives réutilisables carrées

ATTENTION

Lire attentivement les instructions d'utilisation relatives aux électrodes telles qu'expliquées sur leur emballage.

Il est recommandé de n'utiliser que les accessoires autorisés par Service d'Électro-Thérapie.



2.2

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

- 2 canaux de stimulation totalement indépendants
- Courant constant pour une charge jusqu'à 1500 Ohms
(Chaque programme a une amplitude de sortie maximale de 38 V)
- Courant maximal d'une impulsion par canal : 0-60 mA
- Durée d'impulsion : 70 à 250 Us
- Fréquence d'impulsion : 1 à 80 Hz
- Alimentation électrique : 1 pile Li-ion rechargeable
3.7 volts/600m Ah
- Poids avec pile : 92 g
- Poids sans pile : 75 g
- Dimension externe : 110 mm (L), 64 mm (l), 11 mm (Ep)
- Minuterie : 10-20-30-40-50-60-continu
- Humidité de fonctionnement : 5°C à 40°C,
15 % et 90 % H.R.; 700 hPa et 1060 hPa
- Humidité d'entreposage et transport : -10°C à 60°C,
15 % et 75 % H.R.; 700 hPa et 1060 hPa

TENS MESURES DE SÉCURITÉ


ÉQUIPEMENT À ALIMENTATION ÉLECTRIQUE INTERNE, PIÈCES APPLIQUÉES DE TYPE BF NE CONVIENT PAS À :

- Une utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable à l'air, à l'oxygène ou au protoxyde d'azote
- Usage Continu

CHOIX DE PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS

- 1 Conventionnel
- 2 Durée d'impulsion modulée (MW)
- 3 Burst


- 1 AUGMENTATION
Permet d'augmenter l'intensité du canal gauche ou droit.
Augmenter l'intensité avec prudence, tel que prescrit.
- 2 DIMINUTION
Permet de diminuer l'intensité du canal gauche ou droit.
Désactive le verrouillage.
- 3 BOUTON MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF)
En plus d'ouvrir et fermer l'appareil,
permet d'arrêter la stimulation en tout temps.
- 4 PROGRAMMES
Choix de 3 programmes pré-enregistrés
pour un traitement personnalisé, efficace et sécuritaire.
canal 1 . Voir n° 3.5 DIFFÉRENTES MODULATIONS POSSIBLES
- 5 SÉLECTION
Confirme, sauvegarde la sélection de la minuterie.
- 6 MINUTERIE
Active la minuterie, permet d'établir la durée de traitement.
Au choix : minuterie 60 min par étapes de 10 minutes à la fois
ou minuterie en mode continu C selon les besoins et
recommandations tels que médicalement supervisés.
- 7 PROGRAMMES
Choix de 3 programmes pré-enregistrés
pour un traitement personnalisé, efficace et sécuritaire.
canal 2 . Voir n° 3.5 DIFFÉRENTES MODULATIONS POSSIBLES
- 8 PAUSE
Met l'appareil en attente, ramène l'intensité à zéro.
L'intensité reprendra par la suite de façon graduelle
en appuyant sur le bouton pause.
- 9 SORTIE DU CANAL NO 2
- 10 SORTIE DU CANAL NO 1



TOUCHES DE COMMANDES

2.3

- 1 PROGRAMME VERROUILLÉ
Impossible de modifier le programme.
- 2 CIRCUIT OUVERT
Électrode déconnectée. Autre problème probable.
- 3 PROGRAMME
Affichage du programme sélectionné.
 - Le côté gauche affiche le numéro du programme canal 1
 - Le côté droit affiche le numéro du programme canal 2
- 4 INTENSITÉ
Intensité du canal en barre graduée.
- 5 INTENSITÉ D'IMPULSION
Intensité du canal représentée en chiffres.
- 6 VERROUILLAGE
Indique si le programme est verrouillé.
- 7 MINUTERIE
Affiche le temps restant.
- 8 APPAREIL EN MODE PAUSE
Indique que l'appareil est en mode pause.
- 9 ÉTAT DE LA PILE
Indique l'ampérage disponible.



AFFICHAGE À L'ÉCRAN

Vous référer
au n°s 3.2 à 3.8
MODE D'EMPLOI,
pour des
explications
détaillées de ces
fonctions.

2.4

Page 11

3

MODE D'EMPLOI

Pour un emploi optimal et pleinement sécuritaire, utilisez exclusivement les accessoires fournis par Service d'Électro-Thérapie. De plus, un réglage approprié de l'intensité de l'appareil et une montée progressive des niveaux vous assureront tout le confort, le soulagement et l'amélioration recherchés. Il n'est absolument pas recommandé de franchir les niveaux trop rapidement.


(Pièce de type BF appliqué : Électrodes)

Pour optimiser vos résultats nous vous recommandons d'évaluer votre douleur avant, pendant, après le traitement, grâce à l'échelle d'évaluation

BRANCHEMENT

3.1 A

BRANCHEZ LES ÉLECTRODES AUX FILS



Les électrodes utilisées avec cet appareil ne doivent en aucun cas être inférieures à 2,54 cm de diamètre. Nous tenons à vous aviser que plus les électrodes sont petites, plus l'intensité de la stimulation est grande à l'endroit où sont placées les électrodes, ce qui augmente le risque d'irritation cutanée à cet endroit. Le même risque se présente lorsque les électrodes auto-adhésives ne collent pas adéquatement sur toute la surface par manque d'adhérence. Le remplacement des électrodes auto-adhésives après 15 à 20 utilisations maximum assure un rendement supérieur de l'appareil. Les électrodes de carbone doivent être utilisées avec un gel conducteur afin que le courant passe de façon adéquate et efficace. Vous référer aux instructions supplémentaires fournies sur leur sachet d'emballage.



B FIXEZ LES ÉLECTRODES

sur une peau non-irritée, préalablement lavée à l'eau, nettoyée et bien asséchée pour une meilleure adhérence et un rendement optimal des électrodes.

Ne pas positionner l'appareil en position où il serait difficile d'avoir accès à la source principale de l'appareil afin de pouvoir le fermer rapidement au besoin.

Échelle de
la douleur



C

BRANCHEZ LES FILS À L'UNITÉ
-TENS- À L'ENTRÉE DE CHAQUE
CANAL



D

METTRE
L'APPAREIL
EN MARCHÉ



3.2 APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

MODIFIER UN PROGRAMME OU SA DURÉE

VERROUILLER/DÉVERROUILLER UN PROGRAMME

Voir (3.5) DIFFÉRENTES
MODULATIONS
POSSIBLES ainsi que (3.6)
TABLEAU DE SÉLECTION
DES DIFFÉRENTS
PROGRAMMES

MODIFIER UN PROGRAMME



Les paramètres programmés doivent avoir été validés avec un professionnel compétant selon votre condition.

Appuyez sur la touche **PR** du canal à modifier jusqu'à ce que le programme désiré s'affiche dans le bloc n° 3 apparaissant à l'écran ou appuyer sur la flèche ▲ pour débiter le traitement.

- Si vous souhaitez utiliser les 2 canaux, sélectionnez un programme dans l'autre canal en utilisant l'autre bouton **PR**.
- Tous les programmes peuvent être utilisés de façon combinée.
- Ne modifiez jamais les paramètres sans consulter votre thérapeute.

VERROUILLER/DÉVERROUILLER UN PROGRAMME



Pour verrouiller ou déverrouiller un programme appuyez simultanément sur la flèche vers le bas du programme 2 et le bouton **PR** du programme 2 pendant 10 secondes. Vous apercevrez le symbole de verrouillage, illustré ci-haut, dans la section de gauche.

- Utilisez les flèches du bas ▼ pour valider l'opération.
- Si le symbole de verrouillage **apparaît** : programme verrouillé, ne peut pas être modifié.
- Si le symbole de verrouillage **n'apparaît pas** : programme non verrouillé, l'utilisateur peut modifier le programme.

MODIFIER LA DURÉE DU TRAITEMENT 0-60 MINUTES



Appuyez sur la touche Minuterie et la minuterie clignotera • Pour l'option traitement en six étapes de 10 minutes chacune, sélectionnez au choix 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 minutes. L'appareil comptera à rebours le temps écoulé et s'arrêtera automatiquement une fois ce temps écoulé

- Pour l'option traitement en mode continu, sans aucune interruption, continuez d'appuyer jusqu'à l'obtention du signal **C**.

Vous devrez arrêter vous-même l'appareil lorsque vous considérez le temps de traitement suffisant.

Confirmez l'option retenue en appuyant sur le bouton **S** pour sauvegarde ou appuyer sur la flèche ▲ pour débiter le traitement.

Vous pouvez répéter au besoin la durée du traitement pour ressentir les bénéfices recherchés.

3.3 RÉGLAGE ET VERROUILLAGE DE L'INTENSITÉ

RÉGLAGE

Si l'on maintient enfoncée la flèche vers le haut ▲, l'intensité augmente plus rapidement.

À l'inverse, lorsqu'on maintient enfoncée la flèche vers le bas ▼, l'intensité diminue plus rapidement.
Attention : toujours augmenter le niveau d'intensité de façon progressive.



VERROUILLAGE

Selon le réglage désiré, appuyez sur la flèche vers le haut ▲ ou vers le bas ▼.

Ce symbole de verrouillage de sécurité indique que le verrouillage du clavier est activé. 

Il apparaîtra après 10 secondes; une fois le réglage d'intensité choisi

Ainsi, si vous souhaitez augmenter l'intensité, vous devez d'abord appuyer sur la flèche vers le bas ▼ pour désactiver le verrouillage de sécurité.

Vous pourrez, par la suite, augmenter le niveau d'intensité en appuyant sur la flèche vers le haut ▲.

3.4 ARRÊT DE LA STIMULATION OU EFFECTUER UNE PAUSE

ARRÊT

Pour arrêter la stimulation, diminuez l'intensité avec la flèche vers le bas ▼ jusqu'à ce que l'intensité revienne à 0.00, ou appuyez sur le bouton marche/arrêt (On/Off).

PAUSE

En tout temps, durant le traitement, il est possible de faire une pause de 5 minutes.

- Si l'appareil est verrouillé, le déverrouiller en appuyant sur la flèche du bas avant d'appuyer sur Pause
- La minuterie s'arrêtera durant la mise en attente telle que souhaitée
- Pour reprendre le traitement, appuyez de nouveau sur Pause

DIFFÉRENTES MODULATIONS POSSIBLES

3.5

C STIMULATION CONVENTIONNELLE

Dans le mode de stimulation conventionnel, les impulsions sont continues, le taux d'impulsions et la largeur d'impulsions sont fixes.

B BURST

Dans le mode Burst, les impulsions sont de deux trains d'impulsions par seconde (2Hz).

MW DURÉE D'IMPULSION MODULÉE

La durée d'impulsions diminue de 150 Us à 70 Us en 9 étapes égales et revient ensuite à la valeur choisie en 9 étapes.

La durée totale du cycle est de 3 secondes.

3.6

TABLEAU DE PROGRAMMATION DES DIFFÉRENTS PROGRAMMES

PROGRAMME	FRÉQUENCE D'IMPULSION (Hz)	DURÉE D'IMPULSION (Us)	DURÉE (MIN)	MODE	FIXE
P1 Conventionnel	80	150	30	C	oui
P2 Durée d'impulsion modulée	80	70-150	30	MW	oui
P3 Burst	2	250	20	B	oui

LEXIQUE

Hz :	Réglage de la fréquence d'impulsion
Us :	Réglage de la durée d'impulsion
us n°1 :	Réglage de la durée d'impulsion numéro 1
us n°2 :	Réglage de la durée d'impulsion numéro 2
Durée :	Temps de la minuterie
Mode :	Modulation du programme
Fixe :	Indique si les paramètres du programme sont fixes ou modifiables

page 15

PILE

3.7

ÉTAT DE LA PILE

Tel qu'affiché : 1/3 de la pile  2/3 de la pile  3/3 de la pile 

DURÉE DE VIE


La durée de vie typique d'une pile Li-ion est d'environ :

- Trois (3) ans ou • 300 cycles de charge¹
Selon la première de ces éventualités à survenir.

Utiliser une espérance de vie de trois (3) ans pour les piles qui ne suivent pas le processus complet du cycle de charge.

¹ Un cycle de charge représente une décharge complète suivie d'une recharge complète de la pile.

REPLACEMENT DE LA PILE



CHARGEUR DE PILE LI-ION

CARACTÉRISTIQUES TÉMOIN LED

- Adaptateur (Modèle : MDA534627)
- Input : 100 V-240 V~, 50/60 HZ, 150 mA
- Output : 4,2 V , 650 mA
- Témoin rouge : recharge en cours
- Témoin vert : absence de pile ou charge complétée

CHARGEUR

- Input : Entrée 4.2V 
- Output : Sortie 4.2V 
- Témoin vert : charge pleine
- Témoin vert : appareil branché sans la pile

LE PATIENT EST L'OPÉRATEUR DÉSIGNÉ

Le patient peut faire fonctionner les boutons et changer la pile Li-ion dans des conditions normales et entretenir l'appareil et ses accessoires selon le guide d'utilisation

ATTENTION!

- N'utilisez que des piles Li-ion rechargeables SET
- N'inversez JAMAIS les bornes de raccordement (+) et (-) lors de la connexion, et évitez de laisser les piles Li-ion entrer en contact avec des objets métalliques (colliers, épingles à cheveux, etc.)
- Ne rechargez JAMAIS les piles Li-ion sur une période de plus de 72 heures
- Le chargeur de piles Li-ion doit respecter l'obligation de conformité aux normes IEC 60601-1

MESURES DE SÉCURITÉ

- N'exposez l'équipement à aucune flamme, au soleil ou à toute autre source de chaleur, ce qui pourrait occasionner un risque de brûlure, d'explosion, voire engendrer l'émanation de gaz toxiques
- N'entreposez ni ne transportez l'appareil avec des objets métalliques
- Ne démontez ni ne modifiez les composantes de l'appareil
- Évitez toute entrée en contact avec l'eau ou tout autre liquide

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU CHARGEUR

- Insérez une pile Li-ion. Alignez correctement les bornes de raccordement (+) et (-)
- Branchez le chargeur dans une prise murale standard
- Un témoin LED rouge ou jaune indique la mise en charge
- Une fois la charge complétée, le témoin LED passe au vert. Débranchez le chargeur et retirez la pile Li-ion.

Couleurs des indicateurs et leur signification

rouge	une réponse immédiate de l'opérateur est requise
jaune	Une réponse rapide de l'opérateur est requise
vert	Prêt à l'emploi
Autres	Signification autres que celles-ci

TEMPS DE RECHARGE

- Une pile Li-ion demande environ 3,5 heures de temps de recharge.

PILE LI-ION

- Tension limitée 4.2 V
- Pile Li-ion rechargeable 3.7 V/600 mAh

ADAPTATEUR

- 100-240 v 50-60 Hz, 1.2A

L'adaptateur constitue une pièce de l'équipement 2MOPP du IEC 60601-1-1.
L'approbation de l'équipement est valide si elle est utilisée en combinaison avec l'adaptateur fourni avec le présent équipement.

ATTENTION

- Il n'est pas permis de connecter le présent équipement avec un adaptateur autre que celui fourni avec l'équipement SET.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Ne provoquez pas de court-circuit
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées
- N'utilisez que le chargeur spécifiquement recommandé

CLASSIFICATION DE SURETÉ DES ÉQUIPEMENTS SET

Protection contre surcharge électrique	Alimentation interne de l'appareil SET
Pièce appliquée	Pièce de type BF appliquée : Électrodes
Protection du matériel électrique contre la pénétration de l'eau ou de fines particules ayant des effets nuisibles sur l'équipement.	IP22
Mode d'opération	Opération continue

Note: N'est pas destiné à être stérilisé.
Ne pas utiliser dans un environnement riche en oxygène.

Ne pas positionner l'appareil dans une position qui rendrait difficile l'accès à la source principale de l'appareil et risquerait d'empêcher la fermeture rapide de l'appareil au besoin.

Pile LI-ION

- Tension limitée 4,2 V
- Pile Li-ion rechargeable 3,7 V /600mAh

MESURES DE SÉCURITÉ

- Ne provoquez pas de court-circuit
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées
- N'utilisez que le chargeur spécifiquement recommandé

CLASSIFICATIONS

APPAREIL DE CLASSE II SANS PARTIES APPLIQUÉES
DE TYPE BF NE CONVIENT PAS À :

- une utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable à l'air ou à l'oxygène ou au protoxyde d'azote
- opération continue

ADAPTEUR

- 100-240 V 50/60 Hz, 1.2A

L'adaptateur est une pièce de l'équipement 2MOPP of 60601-1-1
L'approbation de l'équipement est valide si elle est utilisée en
combinaison avec l'adaptateur fourni avec le présent équipement.

ATTENTION

- Il n'est pas permis de connecter le présent équipement avec un autre adaptateur que celui fourni avec l'équipement Service d'Électro-Thérapie
- Utiliser le chargeur dans une prise murale, ne pas utiliser de barre d'alimentation

PROBLÈME	PISTE DE SOLUTION	ACTION
Écran Brisé Problème d'affichage Pièce détachée	Aucune	Contactez votre distributeur
L'appareil n'allume pas du tout	La Pile Li-ion est-elle bien insérée?	<ul style="list-style-type: none"> • Essayer de changer la Pile Li-ion • Charger la Pile Li-ion
Signe $\frac{1}{2}$ apparaît Intensité monte, mais pas de courant	Vérifier l'état des fils	<ul style="list-style-type: none"> • Essayer de changer le fil • Essayer l'autre canal avec le même fil
Signe $\frac{1}{2}$ apparaît Intensité reste à 1 et ne monte pas	Vérifier l'état des fils	<ul style="list-style-type: none"> • Essayer de changer le fil • Essayer l'autre canal avec le même fil • Voir si le fil est tordu • Voir si le connecteur est endommagé
Signe $\frac{1}{2}$ apparaît	<ul style="list-style-type: none"> • Est-ce que les électrodes sont sur la peau? • Les électrodes sont-elles en fin de vie? • Le contact sur la peau est-il bon • Vérifier l'état des fils • Résistance trop élevée entre l'électrode et la peau 	<ul style="list-style-type: none"> • Essayer avec les électrodes de carbone • Changer les électrodes autocollantes • Faire l'essai sur l'autre canal
L'appareil ouvre et ferme	Vérifier la Pile Li-ion ou compartiment de la Pile Li-ion	<ul style="list-style-type: none"> • Essayer de changer la Pile Li-ion • Voir si la Pile Li-ion ferme bien dans le compartiment
Le courant est instable	<ul style="list-style-type: none"> • Est-ce que le programme permet de bien sentir le courant? • Est-ce que le fil est noué • Est-ce que l'électrode est bien collée sur la peau. 	<ul style="list-style-type: none"> • Faire le test avec le P1 • Faire l'essai sur l'autre canal • Faire l'essai avec les électrodes de carbone
L'effet de la stimulation est faible ou inexistant	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier l'état de la Pile Li-ion • Vérifier le programme utilisé • Faire l'essai sur un muscle sain 	<ul style="list-style-type: none"> • Si le problème perdure consulter votre professionnel de la santé
La stimulation ne produit pas la sensation habituelle	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier les paramètres de réglages • Modifiez légèrement la position de vos électrodes 	<ul style="list-style-type: none"> • Si le problème perdure consulter votre professionnel de la santé
La stimulation cause de l'inconfort	<ul style="list-style-type: none"> • La peau est irritée • Le contact de l'électrode sur la peau n'est pas satisfaisant • Les électrodes autocollantes sont usées • Il n'y a pas assez de gel conducteur sur les électrodes de carbone • Le positionnement de l'électrodes n'est pas optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Si le problème perdure consulter votre professionnel de la santé

NB : Afin de réduire les risques pour le patient et ne pas endommager le stimulateur, n'augmentez jamais l'intensité (amplitude) à plus de 20 mA lors des tests sur un possible bris de fils. Pour plus d'information, n'hésitez pas à communiquer avec votre distributeur autorisé.

ENTRETIEN 4 GARANTIE

APPAREIL

L'entretien et le nettoyage de l'appareil sont relativement simples

- Rangez toujours le stimulateur et ses accessoires dans l'étui fourni à cet effet
- Ne jamais exposer le stimulateur à l'eau.
- Essayez l'appareil avec un chiffon humide au besoin.

ÉLECTRODES

Lorsque des signes de dégradation apparaissent, remplacez les électrodes tel que recommandé à la section (3.1) MODE D'EMPLOI

a) Électrodes auto-adhésives : lorsque les électrodes n'adhèrent plus très bien à la peau, elles peuvent être ré-humidifiées à l'aide de quelques gouttes d'eau, puis replacées sur leur pellicule de plastique et rangées dans leur sac hermétique jusqu'au prochain usage.

b) Électrodes de carbone : rincez les électrodes lorsque le traitement est terminé. N'utilisez jamais de savon ou de produit nettoyant car ils pourraient diminuer la durée de vie des électrodes.

FILS

Débranchez les fils et les raccords délicatement, de façon adéquate.

PILE

Pour maintenir l'ampérage de la pile à son niveau optimal, il est conseillé de retirer la pile de l'appareil lorsque non utilisé durant une période prolongée (approx. 1 mois et plus).

Service d'Électro-Thérapie, fabricant, atteste que le produit -TENS- CARE est exempt de vices de matériaux et de fabrication au moment de la livraison.

Service d'Électro-Thérapie accompagne tous ses appareils -TENS- d'une garantie de 3 (trois) ans en vigueur à la date d'achat de l'appareil.

LA GARANTIE SERVICE D'ÉLECTRO-THÉRAPIE

- s'applique uniquement à l'appareil
- ne couvre aucunement les accessoires (fils, piles, chargeurs) qui sont garantis 3 (trois) mois.
- ne peut être réclamée que par l'acheteur du produit neuf et sur présentation de la preuve d'achat.

Service d'Électro-Thérapie, après vérification de l'appareil défectueux, remplacera le produit s'il est toujours sous garantie. L'appareil de remplacement est couvert pour la période de garantie de l'appareil original.

Toute modification, abus, usage impropre ou dommage accidentel ainsi que toute réparation effectuée par un tiers annulent la présente garantie.

En cas de problème et pour fins de garantie, l'appareil défectueux durant la période couverte par la garantie sera expédié au point de vente et ceux-ci assureront le suivi de votre demande avec le fabricant dans les plus brefs délais possibles.

6 page 22

HISTORIQUE DU DOCUMENT

FABRIQUÉ POUR
SERVICE D'ÉLECTRO-THÉRAPIE



650, Boul. Industriel, suite 100, Blainville, QC, Canada J7C 5Y7
1 800 761-1183 | info@canadaset.com | www.canadaset.com

Pour toute autre information relative au mode d'emploi de votre appareil -TENS- Service d'Électro-Thérapie, n'hésitez pas à communiquer avec votre distributeur autorisé.

INFORMATION RELATIVE À LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Testé et homologué selon les normes de sécurité
IEC 60601-1/ IEC 60601-1-2/ IEC 60601-2-10

Les appareils de communications sans fil tel que les appareils de maison sans fil, les téléphones mobiles, les téléphones sans fil ainsi que leur base et les walkie-talkie peuvent affecter le fonctionnement de l'équipement et devraient être tenus à une distance minimum de 3,3m (Note : Tel qu'indiqué dans le tableau 6 de IEC 60601-1-2:2007 pour l'équipement ELECTRO-MEDIC, un téléphone cellulaire typique avec un rendement de 2 W d=3.3m avec un niveau d'immunité de 3 V/m).

Les tables complètes d'EMC sont disponibles auprès de tencare sur demande.

Le CARE est conçu pour résister aux perturbations prévisibles dues aux décharges électrostatiques (DES), aux champs magnétiques provenant de l'alimentation secteur et aux émetteurs/récepteurs de radiofréquences tels les téléphones portables.

LÉGENDE



Lire le manuel d'instruction avant d'utiliser le stimulateur



Équipement de Type BF - Partie isolé (flottante) de type BF



Disposer de l'appareil, des piles, des accessoires en fonction des normes de recyclages applicables



Équipement de type classe II



Courant alternatif



Courant direct



Indice de protection



Code barre



Numéro de série



Fabricant

Manuel :
Version 1.0

Logiciel :
Version 1.0

page



page

24