

25PROC016202550 2025-01-24



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
& ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΤΗΛ.: 210 7265000

ΑΘΗΝΑ 24/01/2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 668

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ι. Δραγούμη 5, ΤΚ 161 21, Καισαριανή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Ελευθεριάδου
E-MAIL: promithion@syggros.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7240044

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΗΞΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)
(CPV: 33696500-0)**

Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια αυτόματου αναλυτή πήξης καθώς και του συνοδού εξοπλισμού (αντιδραστηρίων-αναλωσίμων) για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μήνες. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του αντικειμένου της υπό ανάθεσης προμήθειας δίνονται στο παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης.

Ποσό προϋπολογισθείσας δαπάνης: 7.547,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και απορρίπτονται. Προσφορές ανώτερες της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας απορρίπτονται. Στην οικονομική προσφορά να αναγράφεται με σαφήνεια ο Φ.Π.Α. στον οποίο υπόκεινται των υπό προμήθεια ειδών. Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών: 09/02/2025 και ώρα 13:00.

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας αποκλειστικά στο **e-mail της Υπηρεσίας:** promithion@syggros.gr

Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια του συνοδού εξοπλισμού ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται σε περίπτωση που η εκτιμώμενη αξία υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00 €) ευρώ. Στην περίπτωση μη απορρόφησης των συμβατικών ποσοτήτων, η σύμβαση παρατείνεται αυτοδίκαια και μονομερώς, εκ μέρους του Νοσοκομείου, μέχρι απορροφήσεως αυτών. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

Επιπλέον με την προσφορά θα κατατεθούν τα κάτωθι:

- **Υπεύθυνη Δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, και χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα δηλώνεται ότι η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των αιτούμενων ειδών, τους γενικούς και ειδικούς όρους προμήθειας που αναφέρονται στην παρούσα καθώς και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

25PROC016202550 2025-01-24

- **Υπεύθυνη Δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, και χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- **Φορολογική ενημερότητα**
- **Ασφαλιστική ενημερότητα**

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», ως και των ειδικών νόμων περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου, με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://syggros-hospital.gr>), στην διαδρομή προμήθειες - μικροπρομήθειες.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΗΞΗΣ**

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Να εκτελεί συνδυασμό εξετάσεων πήκτικολογικού ελέγχου αυτομάτως.
2. Να διαθέτει πολλαπλά οπτικά κανάλια μμέτρησης σχηματισμού πηκτώματος στα 620nm και μέτρησης ανοσολογικών εξετάσεων στα 405 nm για μεγίστη ευαισθησία και ταχύτητα.
3. Να είναι αυτόματος αναλυτής τυχαίας επιλεκτικής προσπέλασης (RANDOMACCESS) για PT, APTT, Fibrinogen, D-dimer με ταχύτητα τουλάχιστον 140 test/ώρα και με δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων-αντιδραστηρίων- κυβεττών.
4. Να διαθέτει τουλάχιστον 30 θέσεις δειγμάτων και να δέχεται καψάκια ή/και αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας (primarytubes) με δυνατότητα θετικής αναγνώρισης των δειγμάτων με αναγνώστη γραμμικού κώδικα (barcodescanner).

25PROC016202550 2025-01-24

5. Να διαθέτει τουλάχιστον 15 ψυχόμενες θέσεις αντιδραστηρίων μεταβλητής διαμέτρου και αυτονομία σε κυβέττες μέτρησης (άνω των 200). Επίσης στον ίδιο θερμοστατούμενο (ψυχόμενο) χώρο δύνανται να διατηρούνται και τα αντιδραστήρια ποιοτικού ελέγχου για μεγαλύτερη σταθερότητα .
6. Οι κυβετες μέτρησης να είναι σε τετράδες με χωρητικότητα 240 κυβετων , με δυνατότητα επαναφοράς σε περίπτωση λιγότερων δειγμάτων για διευκόλυνση των χειρίστων και μέγιστη οικονομία .
7. Να έχει την δυνατότητα μέτρησης επειγόντων δειγμάτων (Stat measurements) σε οποιαδήποτε θέση δείγματος και ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια των μμετρήσεων.
8. Να κατατεθούν τα πρωτόκολλα εφαρμογής των αντιδραστηρίων επί του αναλυτή.
9. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης προαραίωσης των δειγμάτων, αυτόματης επανάληψης των μετρήσεων που είναι εκτός ορίων γραμμικότητας και αυτόματης πραγματοποίησης συγγενούς μέτρησης (reflex test).
10. Να έχει ευκολία στον προγραμματισμό με μεγάλη έγχρωμη οθόνη και φιλικό στο χρήστη λογισμικό πρόγραμμα.
11. Η ποσότητα των προσφερομένων αντιδραστηρίων να είναι επαρκής λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο σταθερότητας των αντιδραστηρίων μετά την ανασύσταση τους ή το άνοιγμά τους, τις ανάγκες βαθμονόμησης, τον ποιοτικό έλεγχο, την καθημερινή και εις διπλούν πραγματοποίηση των εξετάσεων του κάθε δείγματος (οι αιτούμενες εξετάσεις αφορούν τελικό αποτέλεσμα).
12. Να προσφερθούν QC normal για καθημερινό ποιοτικό έλεγχο (5 φορές εβδομαδιαίως) και QC abnormal για 5 φορές εβδομαδιαίως, ανάλογα calibrators για βαθμονόμηση όποτε απαιτείται από την κατασκευάστρια εταιρεία.
13. Να προσφερθούν επίσης τα απαραίτητα αναλώσιμα σε επαρκή αριθμό ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες για την πραγματοποίηση των εξετάσεων, την βαθμονόμηση και τον ποιοτικό έλεγχο.
14. Να λειτουργεί υπό τάση 220V και να έχει μικρές διαστάσεις και βάρος για εξοικονόμηση χώρου και να είναι επιτραπέζιος.
15. Να ελέγχει αυτόματα την στάθμη των αντιδραστηρίων, δειγμάτων και κυβετών και να ειδοποιεί εάν οι ποσότητες δεν επαρκούν.
16. Να διαθέτει σύστημα καθαρισμού του ρύγχους διανομής για την αποφυγή επιμόλυνσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΗΞΗΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ	ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
PT	1440
APTT	1440

- Αντιδραστήριο Θρομβοπλαστίνης rabbit brain kit 8x5 ml υψηλής ευαισθησίας με ISI περίπου 1+/- 0,1 έτοιμο προς χρήση με σταθερότητα μετά το άνοιγμα 2 μήνες στους 2-8° C για μέγιστη απόδοση.
- Αντιδραστήριο APTT με ενεργοποιητή έτοιμο προς χρήση και σταθερότητα ενός μήνα από το άνοιγμα του για μέγιστη απόδοση.